GAZBIR-GAZMER

ÜRÜN KABUL BELGESİ

"GAZMER, GAZBİR in İktisadi İşletmesidir."

"Aşağıda belirtilen firma ve ürüne ait standart belgeleri, test muayene raporlar, kullanım kılavuzu, servis ve garanti belgeleri; GAZBİR Belgelendirme Komisyonu tarafından, Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği 5. Madde ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenmiş olup; ekli lisans bölgelerimizde belirtilen geçerlilik tarihi kapsamında kullanımına müsaade edilmiştir."

ÜRETİCİ/İTHALATCI FİRMA : EKS MAKİNA VE YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRÜN – MARKA- ÜRETİM YERİ : Manometre– Moneks, Türkiye
İMALAT STANDARDI : 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
TS EN 837-1 : Basınç Ölçerler-Bölüm 1: Burdon Borulu Basınç Ölçerler-Boyutlar Ölçme Özellikler ve Deneyler

MODEL	BELGELENDİRME KURULUŞU	SERTİFİKA TARİHİ	GEÇERLİLİK TARİHİ	MODEL AÇILIMLARI / ÖZELLİKLER
KL:1,6	TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ	26.11.2008	26.11.2027	**Tip**: Kuru ,Gliserinli , **Çap**: 63, 100 , **Bağlantı Tipi**: Alttan, Arkadan, Pano , **Kalite (Hassasiyet) Sınıfı**: KL 1,6 , **Ölçü Birimi**: bar, mbar , **Ölçü Aralığı**: 0-1000bar , 0-1000mbar , **Mekanizma Malzemesi**: pirinç, paslanmaz , **Çalışma Sıcaklığı (0C)**: -40 +70
KL:2,5	TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ	26.11.2008	26.11.2027	**Tip**: Kuru ,Gliserinli , **Çap**: 63, 100 , **Bağlantı Tipi**: Alttan, Arkadan, Pano , **Kalite (Hassasiyet) Sınıfı**: KL 2,5 , **Ölçü Birimi**: mm , **Ölçü Aralığı**: 0-1000bar , 0-1000 mbar , **Mekanizma Malzemesi**: pirinç, paslanmaz , **Çalışma Sıcaklığı (0C)**: -40 +70

GAZMER

Yaşar ARSLAN
BAŞKAN

"Bu belge kapsamındaki ürün, geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir. Süre bitiminde, firma tarafından vize yenileme işlemi yapılmalıdır."
"Bu belge ilgili ürünlerin standartlar ve mevzuat açısından incelendiğini ve doğal gaz dağıtım sektöründe kullanım uygunluğunu belirtmekle beraber; ürün kalite belgesi hükmü taşımaz."